

Magnetic Mats
INTENDED USE:

Key Surgical® Magnetic Mats are intended to be used in a hands-free transfer of stainless steel surgical sharps and instruments during procedures.

PRECAUTIONS:

- These instructions are for general use and application of the magnetic mats. These instructions do not represent instructions for any procedures during which the products may be associated.
- The magnetic mats must be sterilized prior to use and before entering the sterile field.

CAUTION:

- Do not use product in MRI controlled environments. Product is magnetic and not MRI safe.

CONTRAINDICATION:

- Caution should be used during procedures with materials which may be adversely affected by magnetic fields.

CLEANING AND DISINFECTION:

Clean the magnetic mats prior to re-use.

1. Prepare a mild, neutral pH enzymatic cleaning solution in accordance with the manufacturer's instructions.
2. Soak soiled mat according to the instructions for use for the enzymatic solution to loosen or remove soil. Abrasive cleaning chemicals, brushes or pads should not be used on the mat.
3. After cleaning with detergent, the mat should be rinsed with demineralized water.
4. Visually inspect the mat before sterilization or storage to ensure the complete removal of soil. Inspection should verify cleanliness, lack of damage and proper function.

STERILIZATION:

Magnetic mats are provided non-sterile and have been validated for sterilization according to applicable international process standards and guidance for the following methods and parameters.

Cycle Type (Steam)	Temperature	Minimum Time – Full Cycle
Gravity	121 ° C (250° F)	30 minutes
Pre-Vacuum	132° C (270° F)	4 minutes
Pre-Vacuum	134° C (273° F)	3 minutes

STORAGE:

The magnetic mats must be stored at room temperature in dry conditions. Do not expose the mats to direct sunlight.

DISPOSAL:

Requires replacing if there are any signs of deterioration or loss of functionality. Dispose according to facility.

Magnetmatten
VERWENDUNGSZWECK:

Key Surgical® Magnetmatten sind für den handfreien Wechsel von chirurgischen Edelstahlspitzen und Instrumenten während eines Eingriffs vorgesehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Diese Anweisungen sind für den allgemeinen Gebrauch und die Anwendung der Magnetmatten. Diese Anweisungen stellen keine Anleitungen für Verfahren dar, bei denen die Produkte zum Einsatz kommen können.
- Die Magnetmatten müssen vor der Verwendung und vor dem Eintritt in das sterile Feld sterilisiert werden.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie das Produkt nicht in MRT-kontrollierten Umgebungen. Das Produkt ist magnetisch und nicht MRT-sicher.

KONTRAINDIKATIONEN:

- Vorsicht ist geboten bei Verfahren mit Materialien, die durch Magnetfelder beeinträchtigt werden können.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:

Reinigen Sie die Magnetmatten vor der Wiederverwendung.

1. Bereiten Sie eine milde, pH-neutrale enzymatische Reinigungslösung gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.
2. Weichen Sie die verunreinigte Matte gemäß der Gebrauchsanweisung für die enzymatische Lösung ein, um den Schmutz zu lösen oder zu entfernen. Scheuernde Reinigungschemikalien, Bürsten oder Pads sollten nicht auf der Matte verwendet werden.
3. Nach der Reinigung mit dem Reinigungsmittel sollte die Matte mit entmineralisiertem Wasser abgespült werden.
4. Führen Sie vor der Sterilisation oder Lagerung eine Sichtprüfung der Matte durch, um sicherzustellen, dass der Schmutz vollständig entfernt wurde. Die Inspektion sollte die Sauberkeit, das Fehlen von Beschädigungen und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

STERILISATION:

Die Magnetmatten werden unsteril geliefert und sind für die Sterilisation gemäß den geltenden internationalen Prozessstandards und Richtlinien für die folgenden Methoden und Parameter validiert worden.

Zyklusart (Dampf)	Temperatur	Mindestzeit - Voller Zyklus
Gravitation	121 ° C (250° F)	30 Minuten
Vorvakuum	132° C (270° F)	4 Minuten
Vorvakuum	134° C (273° F)	3 Minuten

LAGERUNG:

Die Magnetmatten müssen bei Raumtemperatur und unter trockenen Bedingungen gelagert werden. Setzen Sie die Matten nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

ENTSORGUNG:

Die Magnetmatten müssen ausgetauscht werden, wenn es Anzeichen für eine Verschlechterung oder einen Verlust der Funktionalität gibt. Entsorgen Sie es gemäß den Entsorgungsrichtlinien der Einrichtung

 **MANUFACTURER: KEY SURGICAL LLC**
 8101 WALLACE ROAD / EDEN PRAIRIE, MN 55344 USA
 (US) PH: 800.541.7995 KEYSURGICAL.COM
 (UK) TEL: +44(0)1628 810626 KEYSURGICAL.CO.UK
 (EU) TEL: +49 4363 905900 KEYSURGICAL.DE



CATALOG
NUMBER



LOT
NUMBER



CONSULT
INSTRUCTIONS
FOR USE



BROC-3116, Rev H, 08/2021